

PO₄³⁻

Тест на содержание фосфата

Для пресной и морской воды

Подготовка пробы:



- 1 Заполните обе пробирки водой, которую необходимо проверить, до отметки.
- 2 Влейте **9 капель PO₄³⁻ R1** в одну из двух пробирок, закройте ее резьбовой пробкой и перемешайте содержимое.
- 3 Влейте содержимое ампулы **PO₄³⁻ R2 в пробу**, закройте пробирку резьбовой пробкой и перемешайте содержимое.



Выполните замер ровно через 5 минут.

Измерение с помощью AQUA-CHECK:

- 1 Измерение эталона.
- 2 Измерение пробы.



Сразу



Важные сведения о показателях измерений можно найти на сайте www.aqua-check.de.
Соблюдайте указания по обращению с химическими веществами (см. на обороте).



Едкое вещество

PO_4^{3-} R1 (тест на содержание фосфата)

Причиняет тяжелые химические ожоги.

Следует хранить под замком, в недоступном для детей месте.

При попадании в глаза немедленно тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

Никогда не добавлять воду.

В экстренных случаях или при потере сознания сразу обратиться к врачу (по возможности покажите эту этикетку).

Содержит серную кислоту

PO_4^{3-} R2 (тест на содержание фосфата)

Следует хранить в месте, недоступном для детей.

В случае глотания немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.

Содержит хлорид олова.

Может вызывать аллергические реакции.

Упаковку с остатками продукта утилизировать, как проблемные отходы.